
BIOCERÂMICO REPARADOR

CIMMO®

Pronto para uso / Read to use / Preparado para usar



O **CIMMO® nRoot BP** é um material para reparação do canal radicular. O material de reparação do canal radicular é uma pasta pré-misturada pronta para uso. Pode solidificar em um ambiente de fluidos corporais e reparar eficazmente os canais radiculares, tem excelentes propriedades de bloqueio de raios X, tempo de cura estável e não mancha os dentes. O **CIMMO® nRoot BP** é embalado em uma seringa pré-carregada.

APRESENTAÇÕES:

- **CIMMO® nRoot BP - 0,25**: 01 seringa com pasta (0,25g).
- **CIMMO® nRoot BP - 0,25/2**: 02 seringas com pasta (0,25g).
- **CIMMO® nRoot BP - 0,5**: 01 seringa com pasta (0,5g).
- **CIMMO® nRoot BP - 0,5/2**: 02 seringas com pasta (0,5g).
- **CIMMO® nRoot BP - 1**: 01 seringa com pasta (1,0g).
- **CIMMO® nRoot BP - 1/2**: 02 seringas com pasta (1,0g).

INDICAÇÕES DE USO

Os materiais de reparação do canal radicular **CIMMO® nRoot BP** foram desenvolvidos para as seguintes aplicações:

- Capeamento pulpar direto e indireto.
- Perfuração radicular no assoalho.
- Reparação de reabsorção radicular.
- Retroobturação em cirurgia apical.
- Tampão apical.
- Revascularização.

CONTRAINDICAÇÕES

É contraindicado em pacientes alérgicos aos ingredientes deste produto. Em caso de reação alérgica, pode ser necessário retirar o material e realizar um novo tratamento do canal radicular, bem como um tratamento antialérgico.

COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL

Silicato tricálcico, silicato dicálcico, óxido de zircônio, hidróxido de cálcio, fosfato de cálcio e agente espessante.


REMOÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO DO CANAL RADICULAR

Remova o material de reparo do canal radicular usando métodos convencionais.

BIOCERÂMICO REPARADOR

CIMMO®

Pronto para uso / Read to use / Preparado para usar



INDICAÇÕES E ETAPAS OPERACIONAIS

Capeamento pulpar direto e indireto:

1) Adequada para pacientes com polpa dentária normal ou diagnosticados com pulpite reversível, e contraindicada para pacientes com pulpite irreversível.

2) Use lençol de borracha para isolar o dente.

3) Use a broca de alta rotação para remover o tecido dentário necrótico.

4) Coloque uma quantidade adequada de **CIMMO® nRoot BP** na polpa e na dentina circundante.

5) Comprimir o material no dente utilizando bola de algodão.

6) Coloque uma camada fina de cimento de ionômero de vidro sobre o **CIMMO® nRoot BP**.

7) Após a solidificação do cimento de ionômero de vidro, o reparo final está concluído.

Reparação da perfuração radicular cervical:

1) Use lençol de borracha para isolar o dente.

2) limpe e desinfete cuidadosamente a área ao redor da perfuração.

3) Estanque completamente o sangramento no local da perfuração e, em seguida, use o **CIMMO® nRoot BP** para preencher a perfuração.

4) Faça radiografias para confirmar o efeito do reparo. Continue a adicionar ou a remover **CIMMO® nRoot BP** de acordo com a necessidade.

5) Se o tratamento do canal radicular for concluído durante a mesma consulta, uma fina camada de cimento de ionômero de vidro deve ser colocada sobre o **CIMMO® nRoot BP** e a dentina ao redor (cobrindo completamente o **CIMMO® nRoot BP**).

Reabsorção radicular externa:

1) Localizada acima da crista alveolar: remova todo o osso dentário e dentina afetada.

2) Coloque o **CIMMO® nRoot BP** no local da reabsorção para reconstruir o contorno radicular. Faça radiografias para confirmar se os reparos estão no lugar.

3) Adicione ou remova **CIMMO® nRoot BP** conforme necessário.

4) Localizada abaixo da crista alveolar: Recomenda-se o uso de resina composta ou ionômero de vidro para recobrir o reparo.

Retroobturação na cirurgia apical:

1) Após concluir a ressecção do ápice radicular e a preparação da ponta da raiz, limpe e desinfete a cavidade preparada.

2) Use equipamento esterilizado para aplicar uma quantidade adequada de **CIMMO® nRoot BP** na cavidade.

3) Faça um raio-X para confirmar se o **CIMMO® nRoot BP** está bem preenchido no lugar.

Tampão apical:

1) Use lençol de borracha para isolar a área cirúrgica.

2) Após abertura coronária, limpe e desinfete completamente o canal radicular e seque-o.


3) Insira o **CIMMO® nRoot BP** na área da ponta da raiz.

4) Faça radiografias para garantir que o **CIMMO® nRoot BP** esteja bem preenchido no local.

BIOCERÂMICO REPARADOR

CIMMO®

Pronto para uso / Read to use / Preparado para usar



5) Preencha a parte restante do canal radicular com material de obturação radicular utilizando o **CIMMO® nRoot BP** e um cone de gutapercha.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Proibido reprocessar.
- O produto deve ser armazenado em um local seco a temperatura ambiente e a tampa protetora deve ser bem fechada após cada utilização para minimizar a exposição direta ao ar.
- É importante verificar a data de validade do produto antes do uso, caso contrário, pode afetar a operação ou causar outros transtornos ao cliente.
- Certifique-se de que a embalagem primária do produto não tenha sido aberta ou danificada antes da utilização.
- Leia cuidadosamente as instruções e utilize o produto corretamente, caso contrário, pode causar transtornos ao usuário ou ao paciente.
- Evite o contato com a pele, membranas mucosas e olhos. Em caso de contato, lavar com água o mais rapidamente possível.
- Não use força excessiva na aplicação do material.
- Descartar após o uso de acordo com a regulamentação local.
- Se você tiver algum problema durante o uso, entre em contato com a MJS. Comunicar quaisquer acontecimentos graves relacionados com o dispositivo ao fabricante.
- Embalagem não estéril.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

CIMMO® nRoot BP deve ser armazenado e transportado em temperatura ambiente, protegido da luz e longe de umidade.

PRAZO DE VALIDADE

2 anos

SIMBOLOGIA:

	Fabricante		Data de fabricação		Vencimento
LOT	Lote		Consultar as instruções de utilização		Atenção
UDI	Identificação única de dispositivo		Proíbido reprocessar	NON STERILE	Não estéril
	Manter seco		Manter afastado da luz solar		

FABRICANTE:

Enpuno Biotechnology Co., Ltd

No. 201, Haiping Park Production Plant3, No.229, Guyuan Road

Changsha High&tech Development Zone, Changsha City, Hunan Province, China

Tel: +86-731-84257959


Website: www.enpbiotech.com

Made in China

BIOCERÂMICO REPARADOR

CIMMO®

Pronto para uso / Read to use / Preparado para usar



DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

MJS Indústria e Comércio de Materiais para Saúde Ltda

Nome Fantasia: CIMMO BIOCERÂMICOS

CNPJ: 24.752.361/0001-52

Avenida Domingos Faria Machado - 180 - Lot. Paraty

CEP: 37561-112 - Pouso Alegre - Minas Gerais – Brasil

Atendimento ao Consumidor (Brasil): sac@cimmo.com.br

Responsável técnico: Sérgio Ribeiro da Silva – CRO/MG – 18330

Notificação ANVISA Nº: 81518249008

V.00